

入札募集情報

平成30年8月16日公告

物件番号	西はりま第15号	
物件名	オゾン水生成装置購入	
納入場所	宍粟市山崎町船元34番地1 宍粟消防署	
納入期限	平成31年1月25日(金)	
担当課	西はりま消防本部 警防課	
業務概要	オゾン水生成装置の購入 <u>1基</u>	
入札参加資格 (全項目に該当する者)	① 登録要件	西はりま消防組合の入札参加資格名簿(物品・役務)に登録がある者
	② 住所要件	無
	③ その他	<ul style="list-style-type: none"> ・公告日から開札日までの間、西はりま消防組合、構成市町又は兵庫県から指名停止を受けていない者 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者 ・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けた者はこの限りでない。 ・警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、契約等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
予定価格	事後公表	
最低制限価格	無	
入札方法	郵便方式(一般書留・簡易書留郵便に限る。持参及び普通郵便不可) ※封筒(任意)に添付の様式を封筒表面に糊付けし、入札書を封入すること	
入札書の提出期限及び提出先	期限	平成30年9月6日(木)午後4時00分必着 (※提出期限までに入札書の提出が無い場合は、無効とします。)
	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> ・入札書(入札金額は、消費税を含みません。) ・内訳書(任意様式)
	提出先	〒671-1692 兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1 西はりま消防組合 消防本部総務課

開札の日時及び場所	日時	平成30年9月7日（金） 午前10時00分
	場所	西はりま消防本部 本部会議室（3階）
	その他	代理人が立会いする場合は、委任状を持参ください。
仕様書の配布	組合ホームページに掲載	
入札に関する質問	期日	平成30年8月28日（火）午後4時00分まで
	方法	質問書（別紙3）により、西はりま消防本部総務課（FAX 0791-72-6119）へ送信。 送信後、送信した旨の確認電話をすること。 （TEL 0791-76-7119）
質問に対する回答	期日	平成30年8月31日（金）
	方法	組合ホームページに掲載
同等品	不可	
保証金	入札保証金	／ 契約しようとする金額の5%以上 ただし、契約規則第12条に該当する場合は免除
	契約保証金	／ 契約金額の10%以上
支払条件	前金払	／ 無
	部分払	／ 無
同額入札の場合の落札決定	<p>開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、入札者本人又は代理人（委任状が必要）が、その場でくじ引きにより落札者を決定する。</p> <p>ただし、同額入札者（代理人）の一部又は全員が入札会場にいない場合は、平成30年9月10日（月）午前10時00分から西はりま消防組合消防本部においてくじ引きを実施し落札者を決定する。</p> <p>なお、くじ引きに参加できない同額入札者（代理人）があるときは、当該入札事務に関係のない消防組合職員が代わってくじを引くこととする。</p>	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・関係法令等、入札に関する条件を熟知のうえ入札に参加のこと。 ・受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出、発注者への報告等を怠ったときは、指名停止の対象となる。 ・別紙「入札に関する注意事項」参照 	
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・入札執行回数 2回以内 ・開札の後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定する。 <p>資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行う。</p>	

(別紙3)

質 問 書

社名			
担当者			
電話		FAX	
E-mail			

【質問】

件名	西はりま第15号 オゾン水生成装置購入

物件（業務）番号	西はりま第15号
----------	----------

入 札 書

物件（業務）名 オゾン水生成装置購入

納 入 場 所 宍粟市山崎町船元34番地1
宍粟消防署

入 札 金 額 ¥

上記物件については、西はりま消防組合契約規則（平成25年規則第31号）、契約条項その他関係書類、現場等を熟知のうえ、上記金額をもって入札します。

平成30年9月7日

西はりま消防組合

管理者 山 本 実 様

入札者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

⑩

別紙

入札書の送付方法

封筒オモテに、下記様式(キリトリセン内)を貼りつけてください。

キリトリセン

〒671-1692

兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1

西はりま消防組合 消防本部総務課 宛

入札書在中

①	物件番号	西はりま第15号	消防組合受付印 何も記入しないでください。
②	開札日	平成30年9月7日	
③	商号または名称		
④	代表者氏名		

③④は入札参加者が必ず記入すること。

委任状

私は、_____を代理人と定め下記の
権限を委任します。

記

_____の
入札及び見積に関する一切の権限

受任者 使用印鑑	
-------------	--

平成 年 月 日

西はりま消防組合
管理者 山本 実 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

入札に関する注意事項

この案内は、郵便方式入札の参加に当たり、注意事項を記載していますので、必ずお読みください。

1 関係法令

地方自治法、同施行令、西はりま消防組合契約規則、その他指示事項を熟知のうえ、入札に参加してください。

2 入札書等の作成要領

入札書等の作成に当たっては、次の事項に留意のうえ作成してください。

記載誤り、押印漏れ、内容の不備等がある場合は、入札無効となるので十分ご注意ください。

- (1) 入札書等は、黒のペン又はボールペンで記入してください。
- (2) 入札書の入札者欄は、入札参加者の住所、商号又は名称、当該事業所の代表者職氏名（支店等で登録している場合は、必ずその支店長等の氏名を記入押印し、本社の代表取締役等の氏名は記載しないでください。）を記載し押印してください。
- (3) 入札書の日付は、**入札（開札）の年月日**を記載してください。
- (4) 記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、訂正箇所を押印してください。ただし、**入札金額の訂正は一切認めません。**
- (5) 入札書の入札金額には、**消費税を含めない**でください。

3 入札書等の提出

- (1) 入札書等は、指定された期日までに郵送にて提出してください。
- (2) 提出方法は、**一般書留郵便及び簡易書留郵便**で提出してください。
- (3) 提出する際に使用する封筒は、任意の封筒とし、添付の様式を封筒の表面に糊付けし ①入札書、②その他特に提出を求められた書類を封入封かんしてください。
- (4) 1枚の封筒には、1件分の必要書類しか入れることはできません。

4 入札の辞退（指名競争入札・事前審査型一般競争入札）

入札を辞退される場合は、入札日の前日までに入札辞退届を、郵送（普通郵便可）又は直接提出してください。

5 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効となります。

- (1) 入札書等の必要書類が同封されていない入札
- (2) 入札書に記名押印のない入札
- (3) 件名、入札金額、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名の記載のない入札又は不明確な入札
- (4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のない入札
- (5) 入札金額を訂正した入札
- (6) 予定価格を超える価格でした入札（予定価格を事前公表した場合）
- (7) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札
- (8) 入札参加資格審査の結果、入札参加資格のない者がしたと認められる入札
- (9) 虚偽の申請により資格を得た者のした入札
- (10) 入札に関する条件に違反した入札

6 落札者の決定

落札者を決定した時は、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手続きについて説明を行います。通知を受けた者は、契約手続きについて担当職員の指示に従ってください。

オゾン水生成装置仕様書

1 製品概要

特殊災害現場での除染作業や救急資機材の殺菌、脱臭が迅速に実施できる製品である。

2 用途

オゾン水による各種資機材の除染、殺菌

3 品名

ガーディアン HOW-AE30FD (株式会社 ハマネツ製)

4 規格

- (1) 外形寸法 W380 mm×D310 mm×H560 mm (突起部、キャリーハンドルを除く)
- (2) 本体重量 23 kg以下 (乾燥重量)
- (3) 電源電圧 AC100V 50/60Hz
- (4) 定格電流 3A (60Hz)
- (5) 電源コード 漏電遮断機付きプラグ 2P コード長 1.5m
- (6) オゾン水濃度特性 流量 10L/min 時 2.5 mg/L (水温 15°C時)
流量 20L/min 時 1.5 mg/L (水温 15°C時)
流量 30L/min 時 1.0 mg/L (水温 15°C時)
- (7) 給水流量 7~30L/min
- (8) 給水水温 5~35°C
- (9) オゾン水モニタ測定範囲 0.0~19.9 mg/L
- (10) 耐水圧 0.6MPa
- (11) オプション キャリーハンドル、減圧弁付き放水車専用アタッチメント (町野式媒介金具 65 mm→25 mm)、給水用ホース 15m (町野式)、給水用ホース 5m (町野式)、水道用金口、水道用給水ホース 4m、水道水用出口ホース 4m、カソード液、カソード液用ノズル、電極反転用治具、金属製シャワーノズル消毒室用及び災害現場用、水抜き用スポイト、取扱説明書 (消耗費交換マニュアル含む)、保証書。

5 特徴

- (1) UV式オゾン水濃度計を備え、一体型であること。
- (2) オゾン水生成方式は電気分解方式であること。
- (3) 現在のオゾン水の濃度がデジタル式で可視化できること。
- (4) オゾン水濃度が最大 2.0 mg/L 以上とすること。
- (5) 金属等を劣化させる NO_x を生成しないこと。
- (6) 排オゾンが発生しないこと。
- (7) 消耗品の交換等のメンテナンスが容易であること。
- (8) オゾン水量は最大 30L/min 以上を確保し、先止めタイプであること。
- (9) 本体の持ち運びを容易にするキャリーハンドルとキャスターを標準装備していること。
- (10) 本体正面の見やすい箇所に使用方法、オゾン水濃度グラフが記載されていること。
- (11) 電源接続後、水を流すだけですぐにオゾン水が生成されること。
- (12) オゾン水生成中の表示灯を有していること。
- (13) カソード液量確認窓を有すること。
- (14) 水素ガス排出部に防爆対策を講じてあること。
- (15) 使用時間、使用流量が視認できる表示パネルを有していること。

6 その他

- (1) 保証期間は、設置後1年以上とすること。また、保証期間後といえども、設計不良、工作不良あるいは材質不良に起因する不都合箇所が発生した場合は、無償で機器を改修又は交換すること。
- (2) 機器の納入後、修理、点検、保守その他アフターサービス及び部品の供給等について、長期にわたり適切かつ迅速な体制が整備されていることとし、付属品としてメンテナンス1年分の部品を用意すること。

7 納入期限

平成31年1月25日

8 納入場所

西はりま消防組合 宍粟消防署